

LOGO MARCA DA EMPRESA  
NOME COMERCIAL DA EMPRESA  
CNPJ Nº

Ao  
Governo do Estado de Roraima  
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU  
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

### MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.059320/2021.88

**Eventual aquisição de materiais e equipamentos para fomentar os Serviços de Saúde prestados pelas Unidades pertencentes a estrutura da SESAU/RR.**

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CATMAT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>APARELHO PORTÁTIL PARA MEDIÇÃO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS E POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO INTEGRADO</b>					
01	20	<p>EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE TRIAGEM DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS E POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO INTEGRADOS EM UM ÚNICO EQUIPAMENTO; MENUS EM PORTUGUÊS; TOUCHSCREEN; MEMÓRIA PARA 250 TESTES; BATERIA EXTRA; PESO APROXIMADO DE 300 GRAMAS; DIMENSÕES: CUMPRIMENTO 23CM, LARGURA 7,3CM E ALTURA 3,4CM. KIT COMPLETO COM OLIVAS DE 37MM, 40MM, 45MM; PONTEIRAS DE SONDA; SOFTWARE PARA COMUNICAÇÃO COM PC, MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS; MÉDIA PONDERADA DE RUÍDOS, CONTAGEM DE PICOS DE SINAL SIGNIFICATIVOS;</p> <p><b>OBS:</b> O APARELHO DEVERÁ REALIZAR OS EXAMES ABAIXO DESCRITOS:</p> <p><b>- EXAME DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS TRANSIENTES:</b></p> <p>TELA DE TESTE: FORMA DE ONDA MÉDIA, NÚM. DE PICOS DE TEOAE, ASSISTENTE DE AJUSTE DE SONDA, NÍVEL DE RUÍDO, NÍVEL DO ARTEFATO, NÍVEL DE ESTABILIDADE E PROGRESSO DE TESTE;</p> <p>TELA DE RESULTADOS: FORMA DE ONDA MÉDIA, NÚM. DE PICOS DE TEOAE E APROVADO/RESPOSTA CLARA OU REFERIR/SEM RESPOSTA CLARA GERAL.</p> <p>EM CASO DE REFERIR/SEM RESPOSTA CLARA, TAMBÉM ASSISTENTE DE AJUSTE DE SONDA, NÍVEL DE RUÍDO, NÍVEL</p>	363047		

		<p>DE ARTEFATO E NÍVEL DE ESTABILIDADE.</p> <p><b>- EXAME DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO AUTOMÁTICO:</b></p> <p>MÉTODO DE AVALIAÇÃO: MÉDIA PONDERADA DE RUÍDO E CORRESPONDÊNCIA DE MODELOS.</p> <p>ESTÍMULO: CHIRP DE 30, 35, 40 OU 45 DB NHL;</p> <p>TAXA DO CHIRP: 78-82 CHIRPS POR SEGUNDO (RANDOMIZADO);</p> <p>FAIXA DE TESTE DE IMPEDÂNCIA: 1 A 99K</p> <p>IMPEDÂNCIA ACEITÁVEL PARA TESTE: &lt; 12K</p> <p>CONTROLE DE IMPEDÂNCIA: ANTES DO TESTE E PERIODICAMENTE DURANTE O TESTE, O ESTÍMULO CONTINUA DURANTE O CONTROLE DE IMPEDÂNCIA;</p> <p>TELA DE TESTE: GRÁFICO ESTATÍSTICO, IMPEDÂNCIAS, DETECÇÃO DE PROBABILIDADE DE ABR, NÍVEL DE EEG E PROGRESSO DO TESTE;</p> <p>TELA DE RESULTADOS: GRÁFICO ESTATÍSTICO, IMPEDÂNCIA, NÍVEL DE EEG E APROVADO/RESPOSTA CLARA OU REFERIR/SEM RESPOSTA CLARA GERAL. ELETRODOS: ELETRODOS DE HIDROGEL DESCARTÁVEIS.</p>			
<b>OXÍMETRO NEONATAL PORTÁTIL</b>					
<b>ITEM</b>	<b>QTD</b>	<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</b>			
02	20	<p>CARACTERÍSTICAS OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TELA DE FÁCIL LEITURA COM INDICADOR DE PULSO;</li> <li>- RETRO ILUMINAÇÃO AJUSTÁVEL E DESENHO NO VISOR EM LCD PARA SPO2 E PULSO;</li> <li>- PORTÁTIL, LEVE E DE FÁCIL USO;</li> <li>- FAIXA DE MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO DE 35% - 100%;</li> <li>- FAIXA DE MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 30 - 250BPM;</li> <li>- PACIENTES NEONATOS;</li> <li>- ALARMES PROGRAMÁVEIS DE SPO2 E PULSAÇÃO;</li> <li>- INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA O INDICADOR DE PULSAÇÃO;</li> <li>- INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA OS AVISOS;</li> <li>- AJUSTE DE VOLUME DO SOM;</li> <li>- CONEXÃO USB. (ACOMPANHA SOFTWARE PARA WINDOWS);</li> <li>- MEMÓRIA INTERNA, DATA/HORA E COMUNICAÇÃO COM PC;</li> <li>- UTILIZA QUATRO PILHAS AA (INCLUSO) COM OPÇÃO BATERIAS RECARREGÁVEIS (INCLUSO 1 BATERIA E O CARREGADOR);</li> <li>- INDICAÇÃO DA CARGA DA BATERIA, DATA E HORA.</li> </ul>	257708		
<b>OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO</b>					

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO DO MATERIAL			
03	20	<p><b>OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO:</b></p> <p>AJUSTE DE PRECISÃO INDIVIDUAL DO RAIOS DE ILUMINAÇÃO <math>\pm 4</math> , ALÉM DO AJUSTE SINCRONIZADO DA CONVERGÊNCIA E AJUSTE PARALAX, PRECISA SELEÇÃO DA OBSERVAÇÃO E ILUMINAÇÃO ÓTICA PARA QUALQUER TAMANHO DE PUPILA, OTIMIZADA PARA MELHOR USO EM PUPILAS ABAIXO DE 1MM, DIFUSOR COM TAMANHOS DE PONTOS INTEGRADOS, PEQUENO, MÉDIO E GRANDE, 3 FILTROS INTEGRADOS: ISENTOS DE VERMELHO, AZUL COBALTO E AMARELO, CONJUNTO ÓTICO ABATÍVEL, DISTÂNCIA INTERPUPILAR AJUSTÁVEL INDEPENDENTE E ASSIMETRICAMENTE ENTRE 46 – 74MM, AJUSTE PARA CADA TAMANHO DE PUPILA, CABO DE CONEXÃO UNPLUGEDD MONTADO NA CINTA DE CABEÇA, CINTA DE CABEÇA MUITO MAIS LEVE E ACOLCHOADA, TRANSFORMADOR DE TOMADA (100-240V).</p> <p>LENTE DE 20 DIOPTRIAS E 30 DIOPTRIAS;</p>	452836		
<b>OFTALMOSCÓPIO DIRETO</b>					
04	25	<p><b>OFTALMOSCÓPIO DIRETO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HALOGÊNIO LÂMPADA HPX™ FORNECE LUZ PARA A COR DO TECIDO VERDADEIRO E DESEMPENHO DE LONGA DURAÇÃO;</li> <li>- ÓTICAS COAXIAIS PRODUZ UM PONTO SEM SOMBRAS, MAIS FÁCIL ENTRADA EM PUPILAS SEM DILATAÇÃO, E UM MAIOR CAMPO DE VISÃO EM RELAÇÃO AOS OFTALMOSCÓPIOS PADRÕES;</li> <li>- DETECTAR ABRASÕES DA CórNEA COM FILTRO AZUL COBALTO;</li> <li>- FILTRO POLARIZADOR PRATICAMENTE ELIMINA A REFLEXÃO DA CórNEA;</li> <li>- ÓTICAS SELADAS PROTEGER CONTRA A POEIRA E SUJEIRA;</li> <li>- 18 COMBINAÇÕES ORIGINAIS DE ABERTURA/FILTRO PARA MAIOR VERSATILIDADE;</li> <li>- FILTRO ISENTO DE VERMELHO PODE SER USADO COM QUALQUER ABERTURA;</li> <li>- 28 LENTES DE FOCAGEM COM UM INTERVALO DE -25 A +40 DIOPTRIAS.</li> </ul>	155192		
<b>LARINGOSCÓPIO</b>					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO DO MATERIAL			
05	206	<p>KIT LARINGOSCÓPIO: CABO EM ACO INOX, COM COMPARTIMENTO P/02 PILHAS, C/TAMPAE MOLA DE AÇO INOX, COM ENCAIXE PARA LÂMINA CONVENCIONAL NO PADRAO INTERNACIONAL, COM LÂMINAS CURVA TAMANHO 0, 1, 2, 3, 4 E 5 E RETA TAMANHO 00,0, 1, 2, 3, 4 COM LAMPADA ESPECIAL DE LUZ FRIA COM ALTA LUMINOSIDADE, COM PINO DE ACO, SUBSTITUIVEL, ACONDICIONADO EM BOLSA DE COURVIM FECHADA C/ ZIPER, GARANTIA DE 1 ANO, MANUAL. REGISTRO NO INMETRO OU ANVISA. GARANTIA MÍNIMO DE 01 ANO.</p>	445349		

**VALIDADE DE 180 DIAS.**

**Favor mencionar os dados abaixo na proposta:**

- a) **Dados cadastrais;**
- b) **Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- c) **Assinatura e data;**
- d) **E-mail e número de telefone (válidos)**

---

Local e Data

---

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

**OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – [cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br](mailto:cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br)**

**Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020**

*Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:*

*[...]*

*IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.*

## **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Os materiais deverão ser entregues em horário de expediente (de 08:00h às 12:00h / 14:00 às 18:00, horário local) sem ônus de frete para o Estado e acompanhados das respectivas notas fiscais, no local e endereço abaixo descrito:

<b><u>Coordenadoria</u></b>	<b><u>Endereço</u></b>
Núcleo de Patrimônio/SESAU	Rua Miguel Lupi Martins nº 214 – Bairro São Pedro, Boa Vista/RR, CEP: 69.306-490