

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ N°

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ N°

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO N°. 20101.021476/2022.77

Eventual aquisição de equipamentos para realização de video cirurgias em Otorrinolaringologia para atender o centro cirúrgico do HGR, através LICITAÇÃO.

ITEM	EQUIPAMENTOS	UND.	QDT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	CATMAT GENÉRICO - 442257 - MOTOR ELÉTRICO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO - CARACTERISTICAS MINIMAS PARA AQUISIÇÃO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA CIRURGIAS E IMPLANTES ODONTOLÓGICOS (PERFURAÇÃO, MACHEAMENTO E INSERÇÃO), PERFURAÇÕES ÓSSEAS, CIRURGIAS BUCO-MAXILO-FACIAIS, CIRURGIAS PARAENDODÔNTICAS, CIRURGIAS PERIODONTAIS, APERTO DE PEÇAS PROTÉTICAS, CIRURGIAS PLÁSTICAS, DESGASTES E POLIMENTOS. APARELHO COMPACTO-AUTÔNOMO PARA CIRURGIAS OTORRINOLARINGOLÓGICAS, DE CABEÇA E PESCOÇO E IMPLANTE DENTÁRIO, COM UNIDADE DE CONTROLE DE TORQUE (N.CM) / VELOCIDADE (RPM), VISÍVEIS NO DISPLAY EM TEMPO REAL; SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTEGRADO COM BOMBA PERISTÁLTICA; COMANDO DE PÉ PARA ACIONAMENTO E CONTROLE TOTAL DO MOTOR; MICRO MOTOR COM SISTEMA DE INDUÇÃO, AUTOCLAVÁVEL; MANGUEIRA DO MICRO MOTOR EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL; MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO EM SILICONE (AUTOCLAVÁVEL); DESCANSO/APOIO PARA INSTRUMENTO, AUTOCLAVÁVEL; SUPORTE PARA BOLSA DE SORO FISIOLÓGICO; VOLTAGEM 110/220V – 50/60 HZ; ÂMBITO DE ROTAÇÃO – 300 A 40.000 RPM; ÂMBITO DE TORQUE – 5,5 A 55 N.CM – ALIADO AO CONTRA ÂNGULO QUE ESTARÁ SENDO UTILIZADO; CONTROLE DE TORQUE – ALTO E CONSTANTE; FORNECIMENTO DA BOMBA – 20 A 120 ML/MIN	UND	01		
02	CATMAT GENÉRICO - 450465 - PEÇA ANGULADA MULTIPLICADORA 1:2 CARACTERISTICAS MINIMAS PARA AQUISIÇÃO: INDICADAS PARA CIRURGIAS DE ATM, ENXERTO ÓSSEO, LEVANTAMENTO DE SEIO, OTORRINO E ORTOPEDIA. COM PONTEIRA FINAS E DELGADA QUE FACILITA O ACESSO AS ÁREAS MAIS DIFÍCEIS, OFERECENDO MAIOR VISIBILIDADE AO CIRURGIÃO. ROTAÇÃO MÁXIMA NA PONTA DA BROCA 80.000 RPM. PARA BROCAS DIAMANTADAS DE HASTE Ø 2,35 MM (DIÂMETRO). ESTERILIZÁVEL A 135°C EM AUTOCLAVE. ÂNGULO DE 20°; PINÇA EM AÇO INOXIDÁVEL; PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO ACIONAMENTO DA PINÇA PARA	UND	02		

	BROCAS DE 45MM À 65MM DE COMPRIMENTO; TRANSMISSÃO 1:2 - PONTEIRA ALONGADA COM 5,4MM DE DIÂMETRO; ESTOJO PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DA PEÇA; ANEL DE REFRIGERAÇÃO DA PONTEIRA; ÓLEO <u>LUBRIFICANTE</u> CONTA-GOTAS; MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA.				
03	CATMAT GENÉRICO - 359799 -FOTÓFORO PARA CIRURGIA: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PARA AQUISIÇÃO: TIPO 4 LÂMPADA EM LED LUZ BRANCA, POTÊNCIA: 10 W, ILUMINAÇÃO 1 X 10.000LUX, FUNCIONANDO A BATERIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS, AJUSTE DE LUMINOSIDADE, VIDA ÚTIL DA BATERIA 5000 HORAS, AJUSTE DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO FIXAÇÃO: CINTA DE CABEÇA COM FAIXA DE AJUSTE, CARREGADOR DA BATERIA COM VOLTAGEM: 110-240 V, OUTROS COMPONENTES: COM 02 BATERIA RECARREGÁVEL RESERVA, TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO.	UND	02		
04	CATMAT GENÉRICO - 460903/459191 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL CARATERÍSTICAS MÍNIMAS PARA AQUISIÇÃO ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO: ELÉTRICO PORTÁTIL, PRESSÃO DE VÁCUO: CERCA DE 550 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 3 LPM, FUNCIONAMENTO ISENTO DE ÓLEO (ATRAVÉS DE DIAFRAGMA). FAIXA MÍNIMA DE AJUSTE DE PRESSÃO: 0 A 560 MMHG. MENOR VALOR DE FLUXO MÁXIMO: DE 0 A 5 L/MIN. DISPLAY ALFA NUMÉRICO PARA INDICAÇÃO DE ESTÁGIO DE PROCESSO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA INUNDAÇÃO DO FRASCO. FILTRO DE DESCARGA DE AR DE 0,5 MICRÔMETRO E FILTRO HIDROFÓBICO. FRASCOS DE COLETORES LEVES EM POLICARBONATO RESISTENTE AO IMPACTO, AUTOCLAVÁVEIS E COM MARCAÇÃO DA GRADUAÇÃO EM RELEVO. FRASCOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS. ALARMES ÁUDIO VISUAIS PARA FRASCO CHEIO. INDICAÇÃO VISUAL DE USO COM OU SEM PEDAL. TAMPÃO DO FRASCO EM SILICONE, DE FÁCIL DESMONTAGEM E LIMPEZA. CONEXÃO TIPO "ENGATE RÁPIDO" PARA FACILITAR A REMOÇÃO DO FRASCO. SUPORTE PARA DUAS CÂNULAS DE ASPIRAÇÃO NO CARRO DE TRANSPORTE OU NO APARELHO. TECLA PARA SILENCIAR ALARME, ACIONAMENTO DO PEDAL E REARME DO PROCESSO. CARENAGEM DE PROTEÇÃO DO GRUPO MOTOR COM EXAUSTÃO FORÇADA. MOTOR DE NO MÍNIMO 1/4HP COM PROTEÇÃO E BLINDAGEM DE RUÍDOS. RODÍZIOS GIRATÓRIOS DOTADOS DE FREIOS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127/220 VAC OU SISTEMA BIVOLT AUTOMÁTICO DE TENSÃO. FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO 60 HZ TIPO DE CABO DE REDE: DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 14136:2002. FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ACESSÓRIOS, INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO SOLICITADO, 02 (DOIS) FRASCOS COLETORES LEVES EM POLICARBONATO RESISTENTE AO IMPACTO, AUTOCLAVÁVEIS E COM MARCAÇÃO DA GRADUAÇÃO EM RELEVO. 100 (CEM) CÂNULAS DESCARTÁVEIS. COMPONENTES: FILTRO BACTERIOLÓGICO	UND	02		
05	CATMAT GENÉRICO - 414539 – OTOSCÓPIO CARATERISTICAS MÍNIMAS PARA AQUISIÇÃO: TIPO: LED, LENTE GIRATÓRIA MÍNIMO DE 2 X, MODELO: COM VISOR SOBRESSALENTE, ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS, COMPONENTES: 8 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, TIPO CONECTOR: CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA, TIPO PROTEÇÃO: ESTOJO PRÓPRIO	UND	02		
VALOR TOTAL					

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

a) Dados cadastrais;

b) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;

c) Assinatura e data;

d) E-mail e número de telefone (válidos)

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DA ENTREGA:

O objeto deverá ser entregue em até **60 dias corridos**, a contar do recebimento da nota de empenho e última assinatura do contrato.

DO LOCAL DE ENTREGA:

A CONTRATADA deverá entregar os Mobiliários no **NÚCLEO DE PATRIMONIO – SESAU/RR, SITUADO Á RUA MIGUEL LUPI MARTINS, Nº 214, BAIRRO SÃO PEDRO, EM BOA VISTA-RR, CEP: 69.306-490, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local)**, sem ônus de frete para o Estado, e acompanhados das respectivas Notas Fiscais e cópia do Empenho, no descritivo da nota fiscal deverá conter o número do contrato, o número do processo.

A Vencedora deverá entrar em contato tanto pelos telefones: **(095) 98414-4490; (095) 98414-4484**, como também pelo e-mail: **cgue@saude.rr.gov.br**, com cópias para o e-mail: **np2.cgue@saude.rr.gov.br**, para informar o dia da entrega e o horário previsto, deverá ser comunicado com 5(cinco) dias úteis antes da entrega.

DO TREINAMENTO:

A contratada deverá realizar treinamento para os servidores designados pela Unidade de Saúde, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00), horário local, com o objetivo de orientar a correta utilização do Equipamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de instalação, com a carga horária mínima de 04 (quatro) horas. Não será aceito treinamento a distância, se faz necessário a presença de representante ou técnico qualificado designado pela empresa contratada para ministração de treinamento;