

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ N°

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ N°

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO N°. 20101.042121/2021.31

Eventual aquisição de equipamentos para laboratório de análises clínicas para atender as Unidades Laboratoriais do Estado de Roraima, através do Departamento de Políticas e Apoio ao Diagnóstico Especializado – DPADE/CGAE - RR.

ITEM	CATMAT	DESCRIPTIVO	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	450711	AGITADOR MECÂNICO, TIPO ORBITAL até 90°, ajuste mecânico, botão controle velocidade, rotação até 40, adicional plataforma cerca de 40 x 20 cm, componentes com presilhas elásticas. Manual de instrução em português, registro na ANVISA, Assistência Técnica local, Garantia mínima de 1 ano, Bivolt. (DPADE).	UNID	5		
2	466609	DESTILADOR DE ÁGUA, CAPACIDADE: 50 L/h, características adicionais: dispositivo para desligamento automático, aplicação: laboratório, material: aço inox aisi 304. Manual de instrução em português, Instalação, Treinamento, registro na ANVISA, Assistência Técnica local, Garantia mínima de 1 ano, voltagem: 220 v. (HMINSN – LABORATÓRIO E FARMÁCIA) (DPADE – 10)	UNID	12		
3	150057	ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA MACROSCOPIA, Dimensões mínimas: 140 cm (largura), 70cm (profundidade), 180cm (altura). Tensão: 220V,60Hz, 1Ph com receptáculo GFCI incluído. Peso aproximado: 320kg. Manual de instrução em português, Assistência Técnica local, Garantia mínima de 1 ano, Treinamento, Instalação e registro junto a ANVISA. (LAPER)	UNID	1		

4	414637	ESTUFA LABORATÓRIO 200lit, tipo: c, ambiente c02, gabinete aço inox, ajuste digital, painel de controle, programável, capacidade aproximada de 200 L, temperatura: até 50 °c, componentes até 3 bandejas, porta vidro interna, vedação, alarmes, com lâmpada uv, filtro partículas. Manual de instrução em português, registro na ANVISA, Assistência Técnica local, Garantia mínima de 01 ano, Bivolt. (BANCO DE LEITE - 02) (DPADE – 08)	UNID	10		
5	470424	FREEZER PARA ARMAZENAMENTO DE PLASMA FRESCO CONGELADO, Freezer vertical, capacidade: cerca de 500 l, características adicionais: até 8 gavetas, prateleiras, funções: microprocessado, alarme, usb, degelo automático, temperatura operação: -15°c a -35 °c, aplicação: laboratório, quantidade de portas. Manual de instrução em português, registro na ANVISA, Assistência Técnica local, Garantia mínima de 01 ano, 220v. (HEMOCENTRO)	UNID	3		
6	150666	MARCADOR DE TEMPO, capacidade resistência 15, precisão acionamento 15, intervalo programação 30, tipo uso ligar e desligar automaticamente aparelhos, aplicação laboratório, características adicionais ciclo de programação diário. Manual de instrução em português, registro na ANVISA, Assistência Técnica local, Garantia mínima de 01 ano, bivolt. (DPADE)	UNID	20		
7	413587	MONTADORA LÂMINA HISTOLÓGICA, ajuste digital, c/ painel de controle, capacidade até 60 lâminas, volume meio montagem até 250 ml, memória de até 10 programas, adicional c/ sistema descarte lâminas, componentes c/ filtro e sistema exaustão; tensão: 100-240V, 50/60Hz. Manual de instrução em português, Assistência Técnica local, Garantia mínima de 01 ano, Treinamento, Instalação e registro junto a ANVISA. (LAPER)	UNID	2		
8	442099	PROCESSADOR DE LÂMINAS, equipamento laboratório, tipo processador de lâminas, ajuste digital, c/ painel de controle, programável, capacidade até 25 amostras/hora; Manual de instrução em português, Assistência Técnica local, Garantia mínima de 01 ano, Treinamento, Instalação, 220V e registro junto a ANVISA. (LAPER)	UNID	1		
VALOR TOTAL						

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

a) Dados cadastrais – Número do Cadastro de Pessoa Física CPF ou do cadastro Nacional de Pessoa jurídica CNPJ do proponente;

b) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;

c) Assinatura e data;

d) E-mail e número de telefone (válidos)

e) Nome completo e identificação do responsável;

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Do local de entrega e horário:

Local	Endereço
Núcleo de Patrimônio/SESAU-RR	Rua Miguel Lupi Martins, nº 214, Bairro São Pedro, em Boa Vista-RR, CEP: 69.306 – 490.

Os itens deverão ser entregues, em horário de expediente (de 7h30min às 13h30min, horário local), sem ônus de frete para o Estado e acompanhados das respectivas notas fiscais, no local mencionado acima.

Prazo de instalação de equipamentos e treinamento:

A Empresa deverá seguir as datas de ações (Montagem, Instalação e Treinamento) conforme as exigências descritas no item, sem exceder 15 dias úteis, a contar da data do recebimento definitivo do produto quanto aos seguintes equipamentos dos itens relacionados na tabela abaixo;

TREINAMENTO e INSTALAÇÃO		MONTAGEM; TREINAMENTO E INSTALAÇÃO
ITEM	38	40

Quanto ao agendamento das ações detalhadas na tabela acima, ocorrerá através do Contato: **95 98402-4776** e/ou e-mail Institucional: **processos.cgae@saude.rr.gov.br**.