

**LOGO MARCA DA EMPRESA**  
**NOME COMERCIAL DA EMPRESA**  
**CNPJ Nº**

Ao  
Governo do Estado de Roraima  
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU  
Gerencia Especial de Cotação – GEC

**CARIMBO CNPJ Nº**

**MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

**PROCESSO Nº. 20101.021323/2023.19**

**Eventual aquisição de INSUMOS DO GRUPO 12 - CATETER, para atender as Unidades de Saúde do Estado de Roraima no exercício 2023.**

ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	428314	<b>CATETER BALÃO DE DILATAÇÃO ESOFÁGICA E PILÓRICA.</b> Aplicação: Esôfago e Píloro. Material: Polímero. Dimensão balão: <b>10 / 11 / 12mm</b> por cerca de 60mm. Comprimento do cateter: cerca de 200cm. Diâmetro do cateter: cerca de 2,3mm. Duplo lúmen, dilatação progressiva, compatível c/ Fio Guia 0,035". Estéril e descartável.	UND	24		
2	428302	<b>CATETER BALÃO DE DILATAÇÃO ESOFÁGICA E PILÓRICA.</b> Aplicação: Esôfago e Píloro. Material: Polímero. Dimensão balão: cerca de <b>12 / 13 / 15mm</b> por cerca de 60mm. Comprimento do cateter: cerca de 200cm. Diâmetro do cateter: cerca de 2,3mm. Duplo lúmen, dilatação progressiva, compatível c/ Fio Guia 0,035". Estéril e descartável.	UND	24		
3	428314	<b>CATETER BALÃO DE DILATAÇÃO ESOFÁGICA E PILÓRICA.</b> Aplicação: Esôfago e Píloro. Material: Polímero. Dimensão balão: cerca de <b>15 / 16 / 18mm</b> por cerca de 60mm. Comprimento do cateter: cerca de 200cm. Diâmetro do cateter: cerca de 2,3mm. Duplo lúmen, dilatação progressiva, compatível c/ Fio Guia 0,035". Estéril e descartável.	UND	24		
4	437394	<b>CATETER CENTRAL TOTALMENTE IMPLANTÁVEL 8FR.</b> Tipo de implante: Totalmente Implantável. Matéria prima: Silicone, Reservatório Titânio. Diâmetro: Introdutor <b>cerca de 8FR</b> . Comprimento: até 100cm. Componente: Kit introdutor completo, com válvula antirrefluxo. Estéril e descartável.	KIT	300		
5	457456	<b>CATETER DE ACESSO ARTERIAL</b> para medida da pressão arterial invasiva em <b>artéria femoral ou axilar</b> , em polietileno flexível, um fio guia metálico, uma cânula de punção, um dilatador, conexão luer-lock,	UND	1.650		

		tamanho cerca de <b>4FR x 6cm</b> , agulha cerca de 20G.				
6	455931	<b>CATETER EPIDURAL/PERIDURAL PARA ANESTESIA 16G</b> , comprimento cerca de 100cm, material nylon, revestimento radiopaco, estéril, descartável.	UND	300		
7	437175	<b>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 14G</b> . Material Cateter: Polímero Radiopaco. Aplicação: Venoso. Material Agulha: Agulha Aço Inox. Diâmetro: 14G. Comprimento: cerca de 45mm. Conector: Conector Padrão. Componente 1: Câmara Refluxo c/ Filtro e Tampa. Componente 2: C/ Sistema de Segurança segundo a NR-32. Livre de látex. Estéril. Embalagem individual. Codificação por cores.	UND	10.000		
8	437176	<b>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 16G</b> . Material Cateter: Polímero Radiopaco. Aplicação: Venoso. Material Agulha: Agulha Aço Inox. Diâmetro: 16G. Comprimento: cerca de 45mm. Conector: Conector Padrão. Componente 1: Câmara Refluxo c/ Filtro e Tampa. Componente 2: C/ Sistema de Segurança segundo a NR-32. Livre de látex. Estéril. Embalagem individual. Codificação por cores.	UND	22.000		
9	437177	<b>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G</b> . Material Cateter: Polímero Radiopaco. Aplicação: Venoso. Material Agulha: Agulha Aço Inox. Diâmetro: 18G. Comprimento: cerca de 30mm. Conector: Conector Padrão. Componente 1: Câmara Refluxo c/ Filtro e Tampa. Componente 2: C/ Sistema de Segurança segundo a NR-32. Livre de látex. Estéril. Embalagem individual. Codificação por cores.	UND	176.000		
10	437178	<b>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G</b> . Material Cateter: Polímero Radiopaco. Aplicação: Venoso. Material Agulha: Agulha Aço Inox. Diâmetro: 20G. Comprimento: cerca de 30mm. Conector: Conector Padrão. Componente 1: Câmara Refluxo c/ Filtro e Tampa. Componente 2: C/ Sistema de Segurança segundo a NR-32. Livre de látex. Estéril. Embalagem individual. Codificação por cores.	UND	230.000		
11	437179	<b>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G</b> . Material Cateter: Polímero Radiopaco. Aplicação: Venoso. Material Agulha: Agulha Aço Inox. Diâmetro: 22G. Comprimento: cerca de 25mm. Conector: Conector Padrão. Componente 1: Câmara Refluxo c/ Filtro e Tampa. Componente 2: C/ Sistema de Segurança segundo a NR-32. Livre de látex. Estéril. Embalagem individual. Codificação por cores.	UND	300.000		
12	437180	<b>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G</b> . Material Cateter: Polímero Radiopaco. Aplicação: Venoso. Material Agulha: Agulha Aço Inox. Diâmetro: 24G. Comprimento: cerca de 20mm. Conector: Conector Padrão. Componente 1: Câmara Refluxo c/ Filtro e Tampa. Componente 2: C/ Sistema de Segurança segundo a NR-32. Livre de látex. Estéril. Embalagem individual. Codificação por cores.	UND	170.000		
13	437465	<b>CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 3FR</b> . Aplicação: Venoso. Matéria prima: Poliuretano Radiopaco. Diâmetro: cerca de 3FR. Vias: Duplo Lúmen. Lúmen: cerca de 22G.	KIT	1.500		

		Comprimento: cerca de 15cm. Tipo fixação: Fixação Subcutânea. Conector: Conectores Padrão, Clamp em todas a vias e Tampas. Componente: Kit Introdutor Completo. Estéril e descartável.				
14	437298	<b>CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7FR.</b> Aplicação: Venoso. Matéria prima: Poliuretano Radiopaco. Diâmetro: cerca de 7FR. Vias: Duplo Lúmen. Lúmen: cerca de 14 a 18G. Comprimento: cerca de 20cm. Tipo fixação: Fixação Subcutânea. Conector: Conectores Padrão, Clamp em todas a vias e Tampas. Componente: Kit Introdutor Completo. Estéril e descartável.	KIT	6.600		
15	437302	<b>CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL TRIPLO LÚMEN 7FR.</b> Aplicação: Venoso. Matéria prima: Poliuretano Radiopaco. Diâmetro: cerca de 7FR. Vias: Triplo Lúmen. Lúmen: cerca de 16 a 18G. Comprimento: cerca de 20cm. Tipo fixação: Fixação Subcutânea. Conector: Conectores Padrão, Clamp em todas a vias e Tampas. Componente: Kit Introdutor Completo. Estéril e descartável.	KIT	2.000		
16	NÃO ENCONTRADO	<b>CATETER UMBILICAL DUPLO LÚMEN 3,5FR.</b> Aplicação: Venoso/Arterial. Tipo Implante: Umbilical. Matéria prima: Poliuretano Radiopaco. Diâmetro: cerca de 3,5FR. Vias: Duplo Lúmen. Comprimento: cerca de 30 a 40cm. Conector: Conectores Padrão, Clamp em todas as vias e Tampas. Estéril e descartável.	UND	5.200		
17	437915	<b>CATETER UMBILICAL DUPLO LÚMEN 5FR.</b> Aplicação: Venoso/Arterial. Tipo Implante: Umbilical. Matéria prima: Poliuretano Radiopaco. Diâmetro: cerca de 5FR. Vias: Duplo Lúmen. Comprimento: cerca de 30 a 40cm. Conector: Conectores Padrão, Clamp em todas as vias e Tampas. Estéril e descartável.	UND	300		
18	448700	<b>CATETER UMBILICAL MONO LÚMEN 2,5FR.</b> Aplicação: Venoso/Arterial. Tipo Implante: Umbilical. Matéria prima: Poliuretano Radiopaco. Diâmetro: cerca de 2,5FR. Vias: Mono Lúmen. Comprimento: cerca de 30 a 40cm. Conector: Conectores Padrão, Clamp e Tampa. Estéril e descartável.	UND	2.200		
19	437844	<b>CATETER UMBILICAL MONO LÚMEN 4FR.</b> Aplicação: Venoso/Arterial. Tipo Implante: Umbilical. Matéria prima: Poliuretano Radiopaco. Diâmetro: cerca de 4FR. Vias: Mono Lúmen. Comprimento: cerca de 30 a 40cm. Conector: Conectores Padrão, Clamp e Tampa. Estéril e descartável.	UND	1.000		
20	439897	<b>CATETER PARA HEMOSTASIA - INJETOR DE ESCLEROSE GASTRO</b> com cateter em politetrafluoroetileno (PTFE) e ponta afilada com conexão lateral, tamanho cerca de 2,4mm x 180cm, calibre da agulha cerca de 23G (0,7mm), comprimento da agulha cerca de 6mm. Descartável, estéril, atóxico, apirogênico.	UND	100		
21	437471	<b>CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) DUPLO LÚMEN 2FR.</b> Aplicação: Venoso. Tipo Implante: Inserção Periférica. Matéria prima: Silicone ou Poliuretano radiopaco.	KIT	2.000		

		Diâmetro: cerca 2FR. Vias: Duplo Lúmen. Comprimento: cerca 30cm. Conector: Conector Padrão, Clamp em todas vias e Tampas. Componente: Kit Introdutor Completo. Graduado. Estéril e descartável.				
22	437326	<b>CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) DUPLO LÚMEN 4FR.</b> Aplicação: Venoso. Tipo Implante: Inserção Periférica. Matéria prima: Silicone ou Poliuretano radiopaco. Diâmetro: cerca 4FR. Vias: Duplo Lúmen. Comprimento: cerca 50cm. Conector: Conector Padrão, Clamp em todas vias e Tampas. Componente: Kit Introdutor Completo. Graduado. Estéril e descartável.	KIT	200		
23	437324	<b>CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) DUPLO LÚMEN 5FR.</b> Aplicação: Venoso. Tipo Implante: Inserção Periférica. Matéria prima: Silicone ou Poliuretano radiopaco. Diâmetro: cerca 5FR. Vias: Duplo Lúmen. Comprimento: cerca 50cm. Conector: Conector Padrão, Clamp em todas vias e Tampas. Componente: Kit Introdutor Completo. Graduado. Estéril e descartável.	KIT	450		
24	NÃO ENCONTRADO	<b>CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) MONO LÚMEN 1,2 A 1,5FR.</b> Aplicação: Venoso. Tipo Implante: Inserção Periférica. Matéria prima: Silicone ou Poliuretano radiopaco. Diâmetro: cerca de 1,2 a 1,5FR. Vias: Mono Lúmen. Comprimento: cerca 30cm. Conector: Conector Padrão, Clamp e Tampa. Componente: Kit Introdutor Completo. Graduado. Estéril e descartável.	KIT	1.000		
25	437360	<b>CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) MONO LÚMEN 1,9FR.</b> Aplicação: Venoso. Tipo Implante: Inserção Periférica. Matéria prima: Silicone ou Poliuretano radiopaco. Diâmetro: cerca 1,9FR. Vias: Mono Lúmen. Comprimento: cerca 30cm. Conector: Conector Padrão, Clamp e Tampa. Componente: Kit Introdutor Completo. Graduado. Estéril e descartável.	KIT	2.000		
26	458243	<b>KIT PARA LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES ESOFÁGICAS,</b> com cilindro c/ ponta p/ ligaduras elásticas c/ cerca de 6 unidades, com conjunto aplicador completo. Compatível com todas as marcas de endoscópio. Descartável.	KIT	120		
<b>VALOR TOTAL</b>						

**VALIDADE DE 180 DIAS.**

**Favor mencionar os dados abaixo na proposta:**

- a) Dados cadastrais;**
- b) Marca do equipamento;**
- c) Prazo de entrega;**
- d) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- e) Assinatura, data e endereço;**
- f) E-mail e número de telefone (válidos)**

---

E-mail:

---

Telefone:

---

Local e Data

---

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

**OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – [cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br](mailto:cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br)**

**Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021**

*Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:*

*[...]*

*IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;*

## **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

### **DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA**

O objeto deverá ser entregue no **Almoxarifado da CGAF/SESAU**, situado à **Rua Tambaqui, nº 176, Santa Tereza – Boa Vista/RR, CEP: 69.314-064, Telefone: (95) 98406 - 1026**, E-mail do Núcleo responsável pela gestão do contrato: **[nie.cgaf@saude.rr.gov.br](mailto:nie.cgaf@saude.rr.gov.br)**, E-mail de agendamento das entregas: **[recebimento\\_sesrrr@hosplog.com.br](mailto:recebimento_sesrrr@hosplog.com.br)**, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local), sem ônus de frete para o Estado, e acompanhados das respectivas Notas Fiscais.